

## Info

---

**Da:** Fulfaro Marco Paolo <M.Fulfaro@aifa.gov.it>  
**Inviato:** lunedì 19 marzo 2018 16:18  
**A:** Info  
**Cc:** Massimi Renato  
**Oggetto:** R: Quesito bombole di ossigeno  
**Categorie:** Sara



Egregio Dr Carioli,

I comunicati citati nella sua richiesta, emanati da diversi uffici AIFA, non prevedono provvedimenti restrittivi per le bombole di gas medicinali già rilasciate e commercializzate che possono quindi essere mantenute in commercio fino alla data di validità indicata in etichetta.

Cordiali Saluti,

Marco Fulfaro

**Marco Fulfaro**  
**AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco**  
**Ufficio Ispezioni e autorizzazioni GMP medicinali**  
**GMP Inspections and Manufacturing Authorizations**  
**of Medicinal Products Office**  
Via del Tritone, 181 00187 Roma  
☎ +39 06 5978 4438  
☎ +39 06 5978 4643  
✉: [m.fulfaro@aifa.gov.it](mailto:m.fulfaro@aifa.gov.it)

---

*Questa e-mail può contenere informazioni riservate o comunque tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) ed è rivolta unicamente al/i soggetto/i cui è indirizzata. La riproduzione, la diffusione e l'utilizzo non autorizzati o da parte di persone diverse dal legittimo destinatario delle informazioni in essa contenute sono proibiti ed illegittimi. Nel caso abbiate ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente cancellarla. Grazie.*

*This e-mail contains information that may be privileged, confidential or otherwise protected from disclosure pursuant to the provisions set forth by Legislative decree no. 196/2003 (Privacy Code) and is intended only for the addressee(s). Unauthorized copying, dissemination or use of the information herein or by anyone other than the intended recipient are prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail by mistake, please delete it. Thank you.*

Dr. Renato Massimi

Dirigente Ufficio Ispezioni e Autorizzazioni GMP medicinali / Head of GMP inspectorate

AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco

Via del Tritone, 181 - 00187 - Roma

tel: [+39 06 5978 4410](tel:+390659784410)